



**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ KONTROLY A DOHLEDU**

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8, poštovní přihrádka 21
telefon: 284 041 221, fax: 284 041 201, e-mail: cuzk@cuzk.cz, ID datové schránky: uaaatg

Čj.: ČÚZK-03078/2017-21

Na základě protokolu o testování skeneru a způsobilosti skenovacího pracoviště vyhotoveného Zeměměřickým úřadem v Praze čj. ZÚ-00797/2017-13400 ze dne 22. 2. 2017 se uděluje provozovateli Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby, pro pracoviště Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Ústecká 98, 250 66 Zdiby

a t e s t

k používání dále uvedeného zařízení pro kartometrické skenování.

Testované zařízení typu ProServ ScannTech 800i plus, výrobní číslo skenovací hlavy 0158/11i.A, přístroje 0354/2011, plošný, barevný, vyhovělo potřebám katastru nemovitostí České republiky a může být takto pro jeho účely používáno. Atestem se provozovatel prokazuje ve styku s orgány a organizacemi v působnosti našeho úřadu týkajícím se skenování ve smyslu atestace.

Atestace je časově omezena do 22. 2. 2018.

Pokud provozovatel shledá zhoršení technických vlastností skeneru, je povinen bez odkladu přestat skener pro účely katastru nemovitostí používat, tuto skutečnost oznámit a vadné výsledky nepředávat. Shledá-li zhoršení přesnosti skeneru náš úřad, platnost atestu bude rovněž zrušena.



v z. Ing. Lumír Nedvídek

JUDr. Iveta Bláhová
vedoucí samostatného oddělení kontroly a dohledu

V Praze dne 2. 3. 2017